

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na technické specifikaci uvedené v příloze C z následujícím zdůvodněním:

1) - vybavení ULPA filtry (účinnost 99,9995 % pro částice 0,12 µm)

Zadavatel vyžaduje maximální dostupnou čistotu vzduchu v inkubátorech z důvodu:

- použití přístrojů u experimentů s lidskými buňkami
- umístění laboratoří v sektoru budovy, kde není instalováno filtro-ventilační zařízení jako součást stavby

2) - sterilizace předprogramovaným tepelným cyklem

Zadavatel vyžaduje existenci přítomnosti systému pro sterilizaci bez potřeby externích činidel kvůli čistotě a omezení manipulace s přístrojem, snadné obsluhy (účast studentů na výzkumu), bez použití chemických činidel (tedy omezení styku zaměstnanců se zdraví škodlivými činidly).

Zadávací podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Jitka Smutná
manažerka veřejných zakázek

