

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

zadavatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná zakázka s názvem: **Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – chlazené stolní centrifugy a příslušenství**
ev. číslo v IS VZ US: **7202011012393**

Zadavateli byla dne 16. dubna 2012 doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k těmto zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti o ně odešle zadavatel všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci uvádíte minimální technické parametry. Jeden z těchto parametrů udává rozměry stolní centrifugy na maximálně: 400x650x650 mm. Máme za to, že takto specifikované rozměry mohou vylučovat ostatní dodavatele bez jakéhokoliv objektivního důvodu, když o několik centimetrů překročí maximální povolené rozměry, i když o několik centimetrů větší, rovněž stolní přístroj, splní účel veřejné zakázky naprosto stejným způsobem. Prosíme tedy o změnu tohoto parametru, např.: tolerance +/- 10 cm.

Odpověď č. 1

Zadavatel připouští toleranci u rozměrů stolní centrifugy +/- 10 cm.

V Olomouci, dne 19. dubna 2012