



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 232/PJ/OVZ/2012

dne: 15. května 2012

Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „Dodávka laboratorního materiálu a drobných laboratorních přístrojů a zařízení pro projekt „Příprava absolventů přírodovědných oborů pro uplatnění v evropských biotechnologických firmách a institucích“, uveřejněné v IS VZ US pod evid. č.: 7202011010420, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci poptávaného termobloku, příloha č. 1, uvádíte požadavek:

- každý nerezový blok (y) na minimálně 40 mikrozkušavek o objemu 1,5 ml a 40 mikrozkušavek o objemu 0,5 ml

Námi nabízené bloky jsou vyrobeny z hliníku nikoliv z nerezů.

Prosíme o zprávu, zda trváte na nerezovém bloku dle zadání v příloze č.1 technické specifikace . Případně prosíme o potvrzení, že je možné podat nabídku i přes uvedenou výhradu (tuto uvedeme v technickém popisu).

Odpověď:

Zadavatel připouští, aby požadovaný termoblok byl z hliníku, musí však být zachován počet mikrozkušavek a objem.

S pozdravem

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Mgr. Petra Jungová

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky