

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 13.9.2012

Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce C/12/582 Nákup laboratorních přístrojů v rámci projektu OP VK

Zadavatel Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce C/12/582 **Nákup laboratorních přístrojů v rámci projektu OP VK**, vyhlášené dne 5.9.2012, tyto dodatečné informace:


Dotaz č. 1:

- 1) První dotaz se týká vodní lázně. Je nutné, aby měla dva ventily, napouštěcí a vypouštěcí? Původně jsem to předpokládal, ale nedaří se mi takovou sehnat v požadované ceně. Někteří výrobci uvádějí jeden ventil jako napouštěcí i vypouštěcí. Bylo by případně možné uvést příklad vodní lázně s takovými parametry.
- 2) Druhý dotaz je na upřesnění, zda lze podat samostatnou nabídku na jednotlivé části (1 pipety, 2 Drobná laboratorní technika).
- 3) A ještě třetí dotaz v reakci na požadavek kabelů u elektrod. Požadujete nějaké kabely rovněž k Eh elektrodám a Vodivostním celám a případně kolik?

Odpověď na dotaz č. 1:

- 1) Je přípustné dodat zařízení i s jedním ventilem, jako napouštěcí a vypouštěcí.
- 2) Uchazeč může podat nabídku na jednu každou samostatnou část, na více částí nebo na všechny části veřejné zakázky, podle schopnosti splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Každá část veřejné zakázky se bude posuzovat samostatně a může mít tedy vybraného jiného dodavatele.
- 3) K Eh elektrodám požadujeme 2 kabely a k Vodivostním celám také 2 kabely.

Jak bylo uvedeno v dodatečné informaci č. 1, je prodloužena lhůta pro podání nabídek do **21.9.2012 do 10,00 hod.** Otvírání obálek s nabídkami pak proběhne dne 21.9.2012 v 10,00 hod.


doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan