



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 69/PJ/OVZ/2012

dne: 9. února 2012

Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**RCPTM – Vakuová napařovací aparatura**“, uveřejněné v IS VZ US pod evid. č.: 7000000003747, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Substrát: maximální průměr substrátu činí 1000mm, jakou geometrii ale má (zrcadlo, rovinná deska)?

Odpověď:

Zrcadlo může mít různé hodnoty poloměru křivosti od nekonečna až po 2000 mm.

Dotaz č. 2:

Ohřev substrátu: do jaké teploty?

Odpověď:

Infra ohřev musí zvládnout ohřev substrátu až do teploty 320 °C.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky