



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
REKTORÁT

Tel. : +420 585 631 118
FAX : +420 585 631 012
E-mail : veronika.sovova@upol.cz



Váš dopis/Ze dne

Naše značka
419/VS/OVZ/2012

Vyřizuje/Linka
Sovová/1118

V Olomouci
21.8.2012

Věc : Dodatečná informace č. 2 k zadávací dokumentaci

K podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Dodávka laboratorního spotřebního materiálu a drobných laboratorních přístrojů pro vybrané projekty OPVK**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. § 25 písm a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sdělujeme následující dodatečnou informaci č. 2:

1.) Dotaz: Z jakého materiálu mají být vyrobeny stěny stolního boxu pro práci s DNA/RNA u 10. části veřejné zakázky, pořadové číslo 1?

Odpověď: Materiál stěny boxu není specifikován (tj. může být plexisklo i euroscklo).

2.) Zadavatel upravuje u 10. části veřejné zakázky položku pořadové číslo 6 Platforma pro třepačku –Platforma pro 6 láhví 250ml a to tak, že tato položka je kompatibilní s položkou 2.

3.) Dotaz: Jaký je rozsah racovních teplot u 11. části veřejné zakázky, pořadové číslo 3-Termostat závěsný?

Odpověď: Minimální rozsah teplot laboratorní - 100 st.C

4.) Dotaz: 11. část veřejné zakázky, Pořadové číslo 4 – Plastová lázeň-může být vyrobena z



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Plexiskla (PMMA) a nebo Makrolonu (Polykarbonát)? Objem této plastové lázně může být 7 litrů?

Odpověď: Plastová lázeň může být vyrobena z libovolného materiálu (tj. může být plexisklo i makrolon). Minimální objem lázně je 8 litrů.

S pozdravem

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc


Mgr. Veronika Sovová
Oddělení veřejných zakázek