

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 12.9.2012

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce C/12/582 Nákup laboratorních přístrojů v rámci projektu OP VK

Zadavatel Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce C/12/582 **Nákup laboratorních přístrojů v rámci projektu OP VK**, vyhlášené dne 5.9.2012, tyto dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Pipetu s fixním objemem 10ml a správností $\pm 0,30\%$ se mi nepodařilo najít, tak se chci zeptat, zda tento údaj odpovídá nějaké reálně dodávané pipetě?

Naše pipeta s fixním objemem 10 ml má správnost $\pm 0,6\%$

Ostatní naše pipety 1,2 a 5 ml požadované parametry mají, tak mě napadá, jestli se tento parametr nedostal k té 10 ml pipetě zkopírováním od předchozích položek.

Dotaz č. 2:

Potřebovali bychom k sekci 2. Drobná laboratorní technika upřesnit požadavky k elektrodám a to konkrétně:

- 1) *5xpH elektroda k přístroji WTW 350i* -zda pro všech pět elektrod požadujete i kabely nebo stačí kabel jenom jeden?
- 2) *5x Eh Elektroda k přístroji Denver Instrument model 215* - co si představit pod názvem "Eh elektroda"? Zda jde o překlep a jedná se o pH a nebo se jedná o nějakou jinou měřenou veličinu? případně jakou?

Dotaz č. 3:

- 1) K položce „*míchačka magnetická*“ mám dotaz zda by mohla mít průměr 115mm místo 90mm?
- 2) U položky „*Vodní lázeň včetně víka*“ mám dotaz zda „V prostoru vany míchadlo“ znamená míchadlo, které rozmíchává vodu v lázni, nebo míchadlo, které míchá roztoky v inkubovaných lahvích (např. magneticky)?

Odpověď na dotaz č. 1:

Může být *pipeta s fixním objemem 10ml* se správností $\pm 0,6\%$.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Odpověď na dotaz č. 2:

- 1) K 5 kusům *pH elektrod* k přístroji WTW 350i požadujeme 2ks kabelů.
- 2) Dříve bylo pro *Eh elektrodu* používáno označení ORP (oxidačně-redukční potenciál).

Odpověď na dotaz č. 3:

- 1) *Míchačka magnetická* může mít průměr 115 mm.
- 2) U položky *Vodní lázeň včetně víka* spojení „V prostoru vany míchadlo“ znamená = míchadlo, které rozmíchává vodu v lázni.

Vzhledem k upřesnění předmětu veřejné zakázky se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do **21.9.2012 do 10,00 hod.** Otvírání obálek s nabídkami pak proběhne dne 21.9.2012 v 10,00 hod.

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan