

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výzva k podání nabídek – Dodatečné informace č. 4

Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) ¹	C12797 / VZ 232145
Název programu:	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu	<ol style="list-style-type: none"> 1. CZ.1.07/2.2.00/28.0198 2. CZ.1.07/2.2.00/28.0201 3. CZ.1.07/2.3.00/30.0022
Název projektu:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizace didaktických metod cestou podpory systému elektronického vzdělávání 2. Inovace praktické výuky v kurikulu zubního lékařství 3. Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově
Název zakázky:	Laboratorní materiál
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :	Dodávka
Datum vyhlášení zakázky:	23. 10. 2012
Název/ obchodní firma zadavatele:	Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo zadavatele:	Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele , vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)	doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. - děkan Tel.: 377 593 440 Email: Boris.Kreuzberg@lfp.cuni.cz
IČ zadavatele:	00216208
DIČ zadavatele:	CZ00216208
Kontaktní osoba zadavatele , vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):	Mgr. Adam Šoukal Tel: +420 377 593 488 adam.soukal@lfp.cuni.cz

¹ Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dotaz č. 1	<p>Vážený pane magistře,</p> <p>v souvislosti s VŘ - laboratorní materiál bych potřeboval upřesnit níže uvedené produkty z Dílčího plnění E1:</p> <p>1)</p> <div data-bbox="360 613 1235 680" style="border: 1px solid black; background-color: #e0ffe0; padding: 2px;">elektronická pipeta dávkovaný objem do 100 μl</div> <p>můžeme nabídnout dvě varianty:</p> <ul style="list-style-type: none">- od 0,5 do 10 ul- od 2,0 do 20 ul <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>2)</p> <div data-bbox="360 1061 1227 1167" style="border: 1px solid black; background-color: #e0ffe0; padding: 2px;">nastavitelná pipeta mechanická pipeta s nastavitelným objemem 8-kanálová (dávkovaný objem nad 100 μl)</div> <p>můžeme nabídnout také dvě varianty:</p> <ul style="list-style-type: none">- od 10 do 200 ul- od 15 do 300 ul
Odpověď	Vzhledem k tomu, že jediným hodnotícím kritériem v tomto případě je nejnižší nabídková cena a poptávaná položka je nastavena s daným rozmezím, je čistě na uchazeči, jakou variantu produktu nabídne.

V Plzni dne 28. 11. 2012