



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI REKTORÁT

Tel. : +420 585 631 118  
FAX : +420 585 631 012  
E-mail : veronika.sovova@upol.cz

Váš dopis/Ze dne

Naše značka  
637/VS/OVZ/2012

Vyřizuje/Linka  
Sovová/1118

V Olomouci  
21.12.2012

### Věc : **Dodatečná informace č. 2 k zadávací dokumentaci**

K podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Laboratorní spotřební materiál pro projekt „DataLab - otevřená laboratoř biotechnologických aplikací“**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. § 25 písm a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sdělujeme následující dodatečnou informaci č. 2:

**1.) Dotaz:** Jako první položku části 1 máte uvedené jednorázové kyvety pro spektrofotometrii v objemu 50-1500 ul. Prosím o upřesnění materiálu

**Odpověď:** Jednorázové kyvety pro spektrofotometrii mají být POLYSTYRENOVĚ.

**2.)Dotaz:** K části 6. položka č.1-kombinovaná lednice s mrazničkou pro laboratorní účely. Budete trvat na nabídce zařízení se 2 kompresory (zařízení vyšší cenové hladiny) nebo může být nabídnuto zařízení přesně odpovídající zadaným objemům, které má 2 chladicí okruhy- nezávislá regulace teploty v lednici a v mrazáku?

**Odpověď:** Ano, zadavatel požaduje zařízení, které bude přesně odpovídat zadaným rozměrům.

S pozdravem

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Mgr. Veronika Sovová  
Oddělení veřejných zakázek