



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI REKTORÁT

Tel. : +420 585 631 118
FAX : +420 585 631 012
E-mail : veronika.sovova@upol.cz

Váš dopis/Ze dne

Naše značka
156/VS/OVZ/2013

Vyřizuje/Linka
Sovová/1118

V Olomouci
12.04.2013

Věc : **Dodatečná informace č. 2 k zadávací dokumentaci**

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Dodávka laboratorního spotřebního materiálu a drobných laboratorních přístrojů pro vybrané projekty OPVK**“, zadávané v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sdělujeme následující dodatečnou informaci č. 2

3. část veřejné zakázky, bod 4 – váhy laboratorní

1.) Otázka: Zadavatel požaduje průměr misky max. 82 mm?

Odpověď: Zadavatel upravuje průměr misky **na max. 90 mm.**

8. část veřejné zakázky - Minielektroforéza s příslušenstvím

1.) Otázka: Uvádíte požadavek na 6 ks vertikálních elektroforéz, zároveň v balíčku požadujete napěťový zdroj pro 4 elektroforetické současně, což má být v kompletu také 6x. Je skutečně požadavek mít ke každé elektroforéze zvlášť zdroj? Má obsahovat i blotovací modul?

Odpověď: Zadavatel požaduje skutečně 6 kompletních sestav dle specifikace, čili jak elektroforézy (6x), tak zdroje (6x). Tyto budou využívány během workshopů v různých laboratořích (ne pouze v jedné a současně), proto je nutné mít kompletní sestavy.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zadavatel požaduje systém, který je modulární a kromě elektroforetické separace v gelu umožní i transfer na membránu (blotting) ve stejné komůrce (vaně).

S pozdravem

Mgr. Veronika Sovová
Oddělení veřejných zakázek