



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI REKTORÁT

Tel. : +420 585 631 118  
FAX : +420 585 631 012  
E-mail : veronika.sovova@upol.cz

Váš dopis/Ze dne

Naše značka  
174/VS/OVZ/2013

Vyřizuje/Linka  
Sovová/1118

V Olomouci  
17.04.2013

### Věc : **Dodatečná informace č. 3 k zadávací dokumentaci**

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Dodávka laboratorního spotřebního materiálu a drobných laboratorních přístrojů pro vybrané projekty OPVK**“, zadávané v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sdělujeme následující dodatečnou informaci č. 3

#### **7. část - položka č. 24 - desinfekční prostředek na povrchy**

**1.) Otázka:** Je možné nabídnout i jiný typ prostředku než je např. GUTTAR?

**Odpověď:** Zadavatel požaduje desinfekční prostředek na povrchy, tudíž je možné nabídnout i jiný prostředek, který splňuje požadovaný parametr.

#### **7. část - položka č. 50 - Impulzní ruční páková svářečka**

**2.) Otázka:** Jakou délku svařování požadujete?

**Odpověď:** Zadavatel požaduje 300 mm délku sváření.

#### **1. část - položka č. 11 - Nastavitelná automatická pipeta**

**3.) Otázka:** V popisu předmětu zakázky požadujete rozsah objemu 0,1 ul - 2 ul. Je možné nabídnout rozsah objemu 0,2 ul - 2 ul.?

**Odpověď:** Zadavatel požaduje rozsah objemu jak je uvedeno v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace, tedy 0,1-2 ul.

S pozdravem

Mgr. Veronika Sovová  
Oddělení veřejných zakázek