



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI REKTORÁT

Tel. : +420 585 631 118  
FAX : +420 585 631 012  
E-mail : veronika.sovova@upol.cz

Váš dopis/Ze dne

Naše značka  
209/VS/OVZ/2013

Vyřizuje/Linka  
Sovová/1118

V Olomouci  
3.5.2013

### Věc : **Dodatečná informace č. 4 k zadávací dokumentaci**

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Dodávka laboratorního spotřebního materiálu a drobných laboratorních přístrojů pro vybrané projekty OPVK**“, zadávané v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sdělujeme následující dodatečnou informaci č. 4:

1.) Zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek uvedenou v bodě 7.1. Zadávací dokumentace takto:

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. května 2013 v 10:00 hod.**

2.) Zadavatel mění termín konání otevírání obálek uvedený v bodě 7.2. zadávací dokumentace takto:

**Otevírání obálek se uskuteční dne 27. května 2013 v 10:00 hod.**

#### **7. část – položka č.189-Odpadkový koš 50l:**

**1.) Otázka:** Trváte přesně na zadaných rozměrech, nebo se připouští alternativa rozměrů?

**Odpověď:** Zadavatel nepožaduje konkrétní rozměry, koš ale musí splnit zadaný objem.

#### **7. část - položka č. 190-Odpadkový koš 40L**

**2.) Otázka:** Trváte přesně na zadaných rozměrech, nebo se připouští alternativa rozměrů?

**Odpověď:** Zadavatel nepožaduje konkrétní rozměry, koš ale musí splnit zadaný objem.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 7. část - položka č. 194-Ochranné pracovní brýle

3.) **Otázka:** Jaký má být materiál skel, stavitelné stranice, vzhled?

**Odpověď:** Materiál skel bude plastu, tj. "klasické pracovní brýle" bez nastavitelných straníc, vzhled nespecifikujeme.

### 7. část - položka č. 242-Plynová bomba malá

4.) **Otázka:** Má být propan-butanová? Nebo na jiný plyn? Jak velká? Kolik kg? Chcete ji s daným plynem či prázdnou?

**Odpověď:** Zadavatel požaduje malou 2kg tlakovou propan-butanovou láhev, dodanou s uvedeným plynem.

### 7. část - položka č. 350-Utěrky

5.) **Otázka:** Připouštíte rozměr 23,5x34 cm, 170 m celkem?

**Odpověď:** Ano

### 7. část - položka č. 351-Utěrky

6.) **Otázka:** Připouštíte rozměr 34x36,9 cm, 340 m celkem?

**Odpověď:** Ano

### 7. část - položka č. 256 a 260- Rukavice velikosti XL

7.) **Otázka:** Požadujete balení 100 ks, je přípustná alternativa s 90 ks?

**Odpověď:** Pokud uchazeč nabídne celkové námi požadované množství, je vcelku jedno, kolik ks obsahuje balení. Pokud požadujeme celkem 100ks, není přípustná alternativa nabídnout nám jedno balení s 90ks.

### 7. část - položka č. 81-box na špičky k mikropipetám

9.) **Otázka:** Může být box na špičky o rozsahu 2-200ul 96místný, a 200 -1000 ul 100 místný?

**Odpověď:** Ano.

### 7. část - položka č. 291- stojan na pipety

10.) **Otázka:** Je možné blíže specifikovat?

**Odpověď:** Stojan by měl být alespoň na 4 mikropipety (tvar stojanu není definován); měl by být na mikropipety různého objemu, které poptáváme v této zakázce.

### 7. část - položka č. 297 - stojan na pipety

11.) **Otázka:** Je možné blíže specifikovat?

**Odpověď:** Stojan by měl být otočný na 6 mikropipet; měl by být na pipety různého objemu 10-100 ul, 100-1000 ul, nebo 1000-10000 ul.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 7. část - položka č. 324 - 330 - špičky k automatickým pipetám

12.) **Otázka:** Pro jaké pipety mají být špičky určeny?

**Odpověď:** Špičky budou používány na mikropipetách Eppendorf (musí být kompatibilní).

### 7. část - položka č. 124 - magnetické míchadlo vícemístné bez ohřevu

13.) **Otázka:** Jaká má být maximální míchací kapacita na míchadlo a rozměry?

**Odpověď:** ŠxDxV 180x552x55 mm, otáčky 0-1200 $m^{-1}$ , max. celkový objem vody 4 l

### 11. části-položka č. 1 - sada automatických pipet

14.) **Otázka:** Musí být dodržen objem 20-100 ul, nebo může být nahrazen objemem 10 - 100 ul?

**Odpověď:** Objem musí být dodržen tak jak je uvedeno.

### 3. část – položka č. 3-magnetická míchačka

15.) **Otázka:** Požadujete s ohřevem, bez ohřevu, případně jako teplotu desky ?

**Odpověď:** Ohřev není požadován.

### 3. část – položka č. 12 -magnetická míchačka s ohřevem

16.) **Otázka:** Jaký počet otáček požadujete?

**Odpověď:** Počet otáček není stanoven. Bude využíván pro míchání vodných roztoků (tedy s nízkou viskozitou).

### část 4. – položka č. 3 - magnetická míchačka

17.) **Otázka:** Jaký počet otáček požadujete?

**Odpověď:** Počet otáček není stanoven. Bude využíván pro míchání vodných roztoků (tedy s nízkou viskozitou).

### část 10.-položka č. 7 - elektrické míchadlo

18.) **Otázka:** Požadujete s ohřevem, bez ohřevu, jaký počet otáček, případně teplota desky, maximální míchaný objem

**Odpověď:** Ohřev není povinný. Počet otáček není stanoven. Bude využíván pro míchání vodných roztoků (tedy s nízkou viskozitou), max. objem je uveden (3 l).

### 7. část – položka č. 37 - Filtrační aparatura

19.) **Otázka:** Jakou aparaturu požadujete sklo, nerez, s NZ nebo na silikonovou zátku ?

**Odpověď:** Zadavatel požaduje filtrační aparaturu celoskleněnou, se zábrusem.

### 7. část – položka č. 38 - Filtry jednorázové, sterilní - 0,22 $\mu m$

20.) **Otázka:** Jaký požadujete typ membrány a průměr, (nylon, PtFE, CA, ..... ??)

**Odpověď:** Zadavatel požaduje membrány typu PES, průměr cca 30 mm.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 7. část – položka č. 39- Filtry na injekční stříkačku 0,20 µm „Minisart“ sterilní -

21.) **Otázka:** Jaký požadujete typ membrány a průměr?

**Odpověď:** Zadavatel požaduje průměr filtru 26 mm, materiál filtru acetát celulózy s předfiltrem ze skleněných vláken.

### 7. část-položka č. 79 - Koš na špinavé nádoby

22.) **Otázka:** Jaký má mít objem ?

**Odpověď:** Koš má mít objem 21 l, rozměry cca dxšxv 48 x 28 x 24 cm.

### 7. část – položka č. 215- Pinzeta kovová, pro optiku s hroty z uhlíkového kompozitu

23.) **Otázka:** Jakou má mít pinzeta délku , hroty ostré, zakulacené ? Má být přímá nebo zahnutá?

**Odpověď:** Pinzeta má mít délku cca 13cm, nerezové tělo + uhlíkové (carbon fiber) hroty na konci zakulacené, celkový tvar pinzety rovný.

### 7. část-položka č. 265- Sáčky na vzorky sterilní

24.) **Otázka:** Jaký je požadován objem nebo rozměr ? Mají být zipové nebo na pásku ??

**Odpověď:** Sáčky mají být s uzavíracím páskem vyztuženým zataveným drátem, objem 80 ml, 75 x 185 mm, popisovací plocha, materiál polyethylen (LDPE)

### 7. část-položka č. 275- Silikonová fólie

25.) **Otázka:** Jaký je požadován rozměr? Má být v roli nebo v arších ???

**Odpověď:** Je požadována silikonová fólie v archu, rozměry cca 42 x 29,6 cm, 50 ks

### 7. část – položka č. 294 - Stojánek na mikrozkušavky

26.) **Otázka:** Je požadován stojánek z nerezů nebo plastu, kolika místný a na jaký objem mikrozkušavek?

**Odpověď:** 5 x 80 jamek, plast, průměr otvoru cca 11 mm, cca 1 - 2 ml objem.

### 7. část-položka č. 295 - Stojánek na zkumavky

27.) **Otázka:** Je požadován stojánek z nerezů nebo plastu, kolika místný a na jaký průměr?

**Odpověď:** Stojánek má být 10 jamkový, z plastu, průměr otvoru cca 19 mm, 10 ml objem.

S pozdravem

Mgr. Veronika Sovová  
Oddělení veřejných zakázek UP v Olomouci