



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI REKTORÁT

Tel. : +420 585 631 118
FAX : +420 585 631 012
E-mail : veronika.sovova@upol.cz

Váš dopis/Ze dne

Naše značka
275/VS/OVZ/2013

Vyřizuje/Linka
Sovová/1118

V Olomouci
03.06.2013

Věc : **Dodatečná informace č. 3 k zadávací dokumentaci**

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Dodávka laboratorního spotřebního materiálu, chemikálií a drobných laboratorních přístrojů pro projekt „BioNetwork“**“ zadávané v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sdělujeme následující dodatečnou informaci č. 3:

1.část-položka 11

1.)Otázka: Třepačka na mikrofiltrační desky - počet otáček, rozměry a max. zátěž, hmotnost, amplituda, frekvence kmitů je stanoven?

Odpověď: Žádné další parametry nejsou stanoveny.

3.část-položka 13

2.) Otázka: Třepačka s horizontálním kruhovým pohybem - počet otáček, rozměry, max. zátěž, hmotnost, amplituda, frekvence kmitů je stanoven?

Odpověď: Žádné další parametry nejsou stanoveny.

3. část-položka14

3.) Otázka: Třepaný termoblok s chlazením-teplotní rozsah, rozměry, amplituda, kmitů, frekvence kmitů, hmotnost je stanoven?



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Odpověď: Žádné další parametry nejsou stanoveny. Totéž platí pro položky 15 a 16 části 3.

3. část-položka 26

4.) Otázka: Třepačka na mikrotitrační desky-počet otáček, rozměry a max. zátěž, hmotnost, amplituda, frekvence kmitů je stanoven?

Odpověď: Zadavatel upravuje zadání - položka 26 v části 3 nemůže být charakterizována počtem otáček, amplitudou a frekvencí.

část 3 - osmikanálová automatická pipeta 20-200 ul - dělení 0,1 ul

5.) Otázka: Nemá zde být uvedeno dělení 1ul?

Odpověď: Zadavatel opravuje specifikaci - pipeta má být s dělením 1 ul.

část 3 - automatická opakovací pipeta s nastavitelným objemem objem 1ul-10ml, elektronický displej

6.) Otázka: Nemá zde být uveden objem 1-10ml?

Odpověď: Zadavatel požaduje přístroj dle uvedených požadavků. (například dávkovače označované jako Repetitive Pipette nebo Multipette).

7.) Zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek uvedenou v bodě 7.1. Zadávací dokumentace takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. června 2013 v 10:00 hod.

8.) Zadavatel mění termín konání otevírání obálek uvedený v bodě 7.2. zadávací dokumentace takto:

Otevírání obálek se uskuteční dne 19. června 2013 v 10:00 hod.

S pozdravem

Mgr. Veronika Sovová
Oddělení veřejných zakázek