



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Uchazečům

V Brně dne 6.6.2013

Čj. C/13/581

### **Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Měřicí přístroje FVHE“**

Zadavateli byly doručeny další níže uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace (psáno kurzívou).

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám oznamuje tyto další dodatečné informace – odpovědi na uvedené dotazy (podtržený text) následujícího znění:

#### **Dotaz:**

„**Část 1, položka č.1: Refraktometr** - „s vestavěným termostatem pro manuální nastavení teploty v rozmezí 0 až 70 °C s citlivostí 0,1 °C pro nastavení ....“

*Je postačující **možnost** temperance hranolů externím oběhovým termostatem?“*

#### **Odpověď:**

**Část 1, položka č. 1 - Refraktometr:**

- Nepostačuje.

#### **Dotaz:**

„**Část 2, položka : Ionometr** - „laboratorní stojan, ... příslušenství, ....“

*a) Pod pojmem laboratorní stojan je myšlen kovový laboratorní stojan nebo držák elektrod, který může být samostatný nebo integrovaný s přístrojem? Který typ zadavatel upřednostňuje?*

*b) Příslušenství - Jakým příslušenstvím má být tento přístroj dovybaven?“*

#### **Odpověď:**

**Část 2: Ionometr –**

- K a) : Pod pojmem laboratorní stojan je myšlen samostatný držák elektrod.
- K b) Jako příslušenství Ionometru požadujeme napájecí adaptér.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Zadavatel umožňuje již podanou nabídku na vyžádání vrátit zpět uchazeči, který ji podal, a to osobně proti potvrzení.
- **Ostatní podmínky zadání této veřejné zakázky zůstávají beze změn.**

  
Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser CSc.  
děkan FVHE VFU Brno

